



单一来源论证专业人员签到表

日期：2022年12月1日

采购单位	福建省立医院		
项目名称	水镜系统采购项目		
预算金额	人民币 470000 元		
专家姓名	工作单位	职称	联系电话
傅学福	福州市第一医院	高工	13003883101
林尚新	福建省妇幼保健院	高工	13489100780
傅学福	福建省立医院	高工	13905908262

单一来源采购专家论证意见表

项目名称:	水镜系统采购项目	预算金额: 470000 元
采购人:	单位名称: 福建省立医院	
	联系人: 胡敬佃	联系电话: 0591-88216078
代理机构	名称: 福建康泰招标有限公司	
	联系人: 陈东英、林少明	联系电话: 0591-87803505
单一来源供应商名称	江西诺尚誉医疗器械有限公司	
	地址: 江西省抚州市临川区才都工业园众创基地民和家园 4 号楼 2 号店面 112 室	
论证专家	姓名: 游舜杰	联系电话: 13905908262
	工作单位: 福建医科大学附属第一医院	职称: 
符合以下哪款单一来源的法定前提条件 (<input checked="" type="checkbox"/>):		
1、只能从唯一供应商处采购的; (<input checked="" type="checkbox"/>)		
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (<input type="checkbox"/>)		
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从供应商处添购, 且添购资金总额不超过原采购合同金额的 10%。 (<input type="checkbox"/>)		
专家论证意见 (请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):		
专家论证意见: 此次采购的水镜系统, 其中述的理由合理 属实, 目前医院使用的PerkinElmer 生产 Operetta CIS 室内流式分析系统为老年病研究所因用于类器官研 究, 由于该设备需由原厂家提供, 原设备的系统升 级, 他市场是由埃尔默西普管理有限公司授权江西 诺尚誉医疗器械有限公司为唯一销售代理, 故也 只能采用单一来源方式进行采购。		
论证专家签:		论证日期: 2022.12.1

单一来源采购专家论证意见表

项目名称:	水镜系统采购项目	预算金额: 470000 元
采购人:	单位名称: 福建省立医院	
	联系人: 胡敬佃	联系电话: 0591-88216078
代理机构	名称: 福建康泰招标有限公司	
	联系人: 陈东英、林少明	联系电话: 0591-87803505
单一来源供应商名称	江西诺尚誉医疗器械有限公司	
	地址: 江西省抚州市临川区才都工业园众创基地民和家园 4 号楼 2 号店面 112 室	
论证专家	姓名: 陈景瑞	联系电话: 13003883101
	工作单位: 福州市第八医院	职称: 高工
符合以下哪款单一来源的法定前提条件 (√):		
1、只能从唯一供应商处采购的; (√)		
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; ()		
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从供应商处添购, 且添购资金总额不超过原采购合同金额的 10%。 ()		
专家论证意见 (请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):		
<p>专家论证意见: 经对省立医院拟采购的水镜系统项目申请单一来源方式, 其理由充分, 符合目前的实际情况, 论证如下:</p> <p>水镜系统是配合该院在用的 operetta SLS 高力涵分析系统使用^{配件}为 3D 细胞和类器官模型实验提供证据分析。由于该设备是铂金埃尔默企业管理公司生产, 且授权江西诺尚誉医疗器械公司为唯一合法销售代理人, 故只能采用单一来源方式进行采购, 从唯一供应商江西诺尚誉医疗器械公司处购买。故建议采用单一来源方式采购。</p>		
论证专家签:	陈景瑞	论证日期: 2022.12.1

单一来源采购专家论证意见表

项目名称:	水镜系统采购项目	预算金额: 470000 元
采购人:	单位名称: 福建省立医院	
	联系人: 胡敬佃	联系电话: 0591-88216078
代理机构	名称: 福建康泰招标有限公司	
	联系人: 陈东英、林少明	联系电话: 0591-87803505
单一来源供应商名称	江西诺尚誉医疗器械有限公司	
	地址: 江西省抚州市临川区才都工业园众创基地民和家园 4 号楼 2 号店面 112 室	
论证专家	姓名: 林步新	联系电话: 13489100780
	工作单位: 福建省妇幼保健院	职称: 副主任医师
符合以下哪款单一来源的法定前提条件 (<input checked="" type="checkbox"/>):		
1、只能从唯一供应商处采购的; (<input checked="" type="checkbox"/>)		
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (<input type="checkbox"/>)		
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从供应商处添购, 且添购资金总额不超过原采购合同金额的 10%。 (<input type="checkbox"/>)		
专家论证意见 (请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):		
<p>专家论证意见:</p> <p>该院在 2018 年购置的 PerkinElmer 公司生产的 Operetta CLS 高内涵成像系统升级, 采购配套的物镜系统以实现最新的 3D 微组织和高器官研究实验。该物镜属水镜系统, 水镜物镜数值孔径在 1.0 以上, 对比传统空气镜头, 分辨率和荧光通透率都有了质的飞跃, 可以同时满足目前最热门的类器官研究所需的高分辨率扫描及高通量扫描的实验要求。</p> <p>此次采购需求具有匹配性唯一, 只有原厂升级的水镜系统符合要求, 采用单一来源方式符合相关采购政策规范要求。</p>		
论证专家签:	林步新	论证日期: 2022.12.1