

放射科豪洛捷乳腺钼靶机维保服务项目
单一来源论证签到表

2023年9月5日

序号	姓名	工作单位	职务、职称	联系电话
1	郑昕峰	福建师范大学	副研究员	18960869322
2	李松	中北大学国防装备研究院	高工	13705911722
3	杨希	福建医科大学附属第一医院	工程师	13506995550

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：郑莉琴	
	职称：副研究员	
	工作单位：福建师范大学	
项目信息	项目名称：放射科豪洛捷乳腺钼靶机维保服务项目	
	供应商名称：广州镭马医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>经论证，根据采购需求，采购人拟购的豪洛捷乳腺X线机属于原装进口产品，属于高精技术设备，技术复杂，需要由原厂家提供定时的维修、技术及合格来源的备件配件，才能够保证设备稳定运行并提供最佳的图像质量。广州镭马医疗科技有限公司为豪洛捷公司在福建省唯一授权销售进行售后服务的地方代理商，本地无其他供应商可以满足采购需求。建议采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	郑莉琴	日期2021年9月6日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 科希
	职称: 工程师
	工作单位: 福建医科大学附属第一医院
项目信息	项目名称: 放射科豪洛捷乳腺钼靶机维保服务项目
	供应商名称: 广州镭马医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>福建省立医院放射科豪洛捷乳腺X线机为美国原装进口高端专业医疗设备, 售后服务维修要求严格, 需要原厂提供专业的维修技术及合法来源的备品配件。特别是该设备的核心配件球管要求与整机匹配, 能够保证设备安全稳定运行, 得到清晰高质量的图像。目前第三方机构无法提供原厂配件, 工程师未经过豪洛捷颁发的培训证书, 技术上无法保证。为更好地保障该设备的安全稳定运行, 建议采用单一来源方式采购。广州镭马医疗科技有限公司作为该设备原厂商的福州地区授权唯一售后服务代理商, 能提供原厂维修服务, 该情形符合采购法相关规定。</p>
专业人员签字	科希
	日期: 2023年9月6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨	
	职称: 高工	
	工作单位: 中山大学附属肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 放射科豪洛捷乳腺钼靶机维保服务项目	
	供应商名称: 广州镭马医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>经论证, 采购人原有的豪洛捷乳腺钼靶机为原装进口产品, 对售后服务要求较高, 原厂能提供专业的维修技术及合格的商品配件, 特别是该设备的球管为专用球管, 才能保证最佳的图像质量。目前, 经过原厂授权的第三方机构无法实现采购人的维保要求。广州镭马医疗科技有限公司为豪洛捷公司在福州地区进行维保服务的唯一代理商, 能提供合格维保服务, 符合政府采购相关规定, 建议采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	杨	日期 2024年9月6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。